



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 66.01.32.000.М.001549.09.17 от 21.09.2017 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия работы с источниками физических факторов воздействия на человека (ионизирующее излучение) смотри приложение.

ГАУЗ СО "СП г. Асбест"; 624260, Свердловская область, город Асбест, улица имени А.П. Ладыженского, дом 22 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области "Стоматологическая поликлиника город Асбест"; 624260, Свердловская область, город Асбест, улица имени А.П. Ладыженского, дом 22 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований"; СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009); СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 02-01-16-13-05/2739 от 06.07.2017 года, протокол лабораторных испытаний № 1379 от 03.04.2017 (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" аттестат "Системы" № РОСС.RU.0001.510116 от 17 мая 2013 года, действителен до 17 мая 2018 года.)



Заключение действительно до 30.09.2020 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2801859



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№

66.01.32.000.М.001549.09.17

от

21.09.2017 г.

Условия работы с источниками физических факторов воздействия на человека (ионизирующее излучение).

Вид деятельности: Эксплуатация и хранение источников ионизирующего излучения (генерирующих) - аппарата рентгенодиагностического используемого в медицинских целях.

Характеристика источника ионизирующего излучения:

1. Рентгеновский стоматологический аппарат "eXpert DC"

заводской номер: 3006426

год выпуска 2013; год монтажа 2014

вид работ: рентгенография стоматологическая

размещение: рентгеновский кабинет, первый этаж жилого дома по адресу: г. Асбест, ул. имени А.П. Ладыженского, д. 22.

Категория потенциальной радиационной опасности: IV категория



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

